

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لأجهزة مخبرية لزوم دائرة الأبحاث / فرع المنطقة الساحلية

ثانياً - جهاز تقطير (نازح شوارد)

- ١- سعة التقطير (٤-٨) ليتر / ساعة
- ٢- سعة الخزان (٨-١٦) ليتر.
- ٣- حوض التسخين من الزجاج أو الستانلس ستيل.
- ٤- مزود بمضخة و فلاتر مناسبين .
- ٥- مزود بترموستات للحماية .
- ٦- مزود بنظام حماية من انقطاع المياه.
- ٧- الماء المستخدم للتبريد / ٤٠-٨٠ ليتر / ساعة

الشروط العامة :

- ١- يتضمن العرض الفني الكتلوجات و النشرات الفنية للأجهزة المعروضة .
- ٢- الأجهزة تعمل على كهرباء ٢٢٠ فولط.
- ٣- تضمن العرض الفني القطع التبديلية اللازمة لتشغيل الأجهزة المعروضة لمدة /٢٠٠٠ ساعة عمل مع تضمين العرض المالي لائحة مسعرة لهذه القطع .
- ٤- تدريب فنيين على تشغيل و صيانة الأجهزة المعروضة .

يرفض كل عرض مخالف لدفتر الشروط و المواصفات الفنية المذكورة أعلاه .



تعتمد هذه المواصفات الفنية للمناقصة بـ ٨/١٠/٢٠٠٨/داخلية

المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ



تعتمد هذه المواصفات
للمناقصة رقم ٨/١٠/٢٠٠٨
لهرة (١٠٠ ساعة)
المدير العام

٥/١٠